Distributeur de poudre PD 250

Avantages

- Détermination du chlore selon ISO 7393-2:2000 (libre + total)
- 250 tests
- 5 ans de stabilité du réactif (pour une ampoule scellée)
- Utilisation aisée
- Dosage exact

Dosage précis et reproductible de réactifs en poudre

Le distributeur de poudre est l'appareil idéal pour le dosage contrôlé des réactifs poudreux dans la détermination du chlore. A chaque poussée de poudre, ce dernier éjecte exactement la quantité de réactif poudreux nécessaire pour un échantillon de 10 ml. Le distributeur de poudre représente ainsi une alternative aux sachets de poudre Powder Pack. Il permet ainsi d'économiser un temps et des déchets d'emballage importants, notamment dans le cas d'analyses répétées.

Le réactif est fourni dans diverses ampoules en verre. Un remplissage suffit pour 250 tests. Le scellement permet une stabilité atteignant 5 ans. Toutefois, une ampoule ouverte devrait être consommée dans un délai de 6 mois. Les ampoules sont peuvent être remplacées très facilement et rapidement. La construction ergonomique du distributeur permet en outre un nettoyage approfondi.

Paquets de recharge

Article	Code
Chlorine **Free** 10 ml 2 ampoules de réactif	53 01 40
Chlorine **Total** 10 ml 2 ampoules de réactif	53 01 50
Chlorine **Free + Total** 10 ml Une ampoule de réactif chacun	53 01 60
VARIO Chlorine **Free** 10 ml 2 ampoules de réactif	53 01 45
VARIO Chlorine **Total** 10 ml 2 ampoules de réactif	53 01 55
VARIO Chlorine **Free + Total** 10 ml Une ampoule de réactif chacun	53 01 65

(ES) Equipements Scientifiques SA - Département Bio-tests & Industries - 127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 90 - Fax. 01 47 01 16 22 - e-mail: bio@es-france.com - Site Web: www.es-france.com

Contenu de livraison

PD 250 en carton avec 1 ampoule de réactif et mode d'emploi

PD 250 Set 1 - chlore libre

- 1 distributeur de poudre "Free Chlorine"
- 1 ampoule de réactif "Free Chlorine"
- 1 mode d'emploi
- 1 bouchon (caoutchouc)

Référence: 19 49 00

PD 250 Set 2 - chlore total

- 1 distributeur de poudre "Total Chlorine"
- 1 ampoule de réactif "Total Chlorine"
- 1 mode d'emploi
- 1 bouchon (caoutchouc)

Référence: 19 49 10

Facilité d'utilisation



Retirer le couvercle du distributeur de poudre.



Dévisser le couvercle de l'ampoule de réactif et retirer le film protecteur. Utiliser le réactif dans les 6 mois suivant.



Tenir le distributeur de poudre la pointe en l'air et y visser l'ampoule de réactif.



Glisser le couvercle dans la rainure et pousser vers le haut jusqu'à ce que la partie inférieure s'enclenche.



Utilisation : tenir le distributeur de poudre la pointe vers le bas et appuyer sur la poignée bleue (dosage de poudre). Lâcher rapidement la poignée pour éviter que la poudre ne s'accumule